

**Dati tecnici** Aspiratore TECNO 25

---

Pompa

**A pistone non lubrificata**

Flusso nominale della pompa

**40 Lt/min**

Flusso all'utilizzo - portata stabilizzata (massima)

**25 Lt/min**

Depressione massima

**-0.82 bar**

N° vasi di raccolta

**1**

Capacità

**2 Lt**

Materiale

**Policarbonato o polisulfone su richiesta**

**PTFE**

Sacca di raccolta monouso

**Su richiesta**

Valvola troppo pieno / filtro

**Valvola con galleggiante**

Capacità filtrante del filtro idrofobico

**0.2 µm (sopra il 99.99999%)**

Materiale dei tubi

**Silicone per uso medico**

Diametro dei tubi

**øInterno=5 øEsterno=9**

Valvola di regolazione vuoto

**Presente con scala**

Vuotometro di controllo graduato

**ø50 0/-1 bar**

Limiti di impiego

**Vedi manuale istruzioni**

Vita tecnica prevista del dispositivo

**5 anni**

Tensione di alimentazione

**230±10% Vac**

Corrente massima dei fusibili

**F2A**

Frequenza della Tensione di alimentazione

**50 Hz**

Massima potenza elettrica assorbita

**140 W**

Peso netto del prodotto

**4,4 kg**

Larghezza prodotto

**410,00**

Altezza prodotto

**335,00**

Profondità prodotto

**205,00**

Codice HIBC

**+E309116A43**

Classe di rischio del dispositivo medico

**Classe IIa**

Codice GMDN

**36777**

Codice UMDNS

**10217**

Codice CND

**Z120105**

Numero di registrazione presso il Ministero della Salute Italiano

**29075**

Anno di inizio produzione e commercializzazione

**2003**

Codice TECNO-GAZ di tipologia prodotto

**A1**

Numero di certificazione prodotto

**991/MDD**

**Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.**

**Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices.**

**Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux.**

**Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte.**

**Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios.**

**Classificazione del dispositivo medico ai sensi della direttiva 93/42/CEE (Allegato IX) - Classification of medical devices pursuant to Directive 93/42/EEC (Annex IX) - Classification du dispositif médical conformément à la directive 93/42/CEE (Annexe IX) - Klassifizierung des medizinischen Geräts gemäß der EWG-Richtlinie 93/42 (Anlage IX) - Clasificación del dispositivo médico en virtud de la Directiva 93/42/CEE (Anexo IX).**

**Durata: Temporanea - Period: Temporary - Durée: Temporaires - Dauer: Vorübergehende - Duración: Temporales**

**Dispositivo non invasivo - Not Invasive Devices - Dispositifs non invasifs - Un Invasive Vorrichtungen - Dispositivos no invasivos**

**Dispositivo medico attivo - Active medical device - Dispositif médical actif - Aktive medizinische Vorrichtung - Dispositivo médico activo**

**Classe IIa (secondo la Regola 2-11) - class IIa (in accordance with Rule 2-11) - classe IIa (conformément à la règle 2-11) - Klasse IIa (gemäß Regel 2-11) - clase IIa (según la Regla 2-11)**

**Certificato n. 991/MDD rilasciato da IMQ in data 22/12/2006 - Certificate n. 991/MDD issued by IMQ on 22/12/2006 - Certificat n. 991/MDD délivré par IMQ sur 2/12/2006 - Zertifikat n. 991/MDD von IMQ auf 22/12/2006 - Certificado n. 991/MDD expedido por IMQ encendido 22/12/2006**

**ISO 10079-1:2009**

**IEC 60601-1:1988**