

<b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b>	Rev. 02 – 15.04.2010	Modulo <b>STD</b>
--------------------------------------	----------------------	-------------------

<b>SRS120/xx</b>	<b>Bisturi monouso CHIMO Carbon Steel</b>
------------------	---

*Destinazione d'uso*

Bisturi chirurgici monouso

**Caratteristiche principali**

Bisturi monouso sterili con lama in acciaio Carbon Steel. Ogni bisturi è confezionato singolo in due fogli di alluminio di spessore 0,08mm saldati tra di loro, apribile a strappo. Sulla lama è presente un cappuccio in polietilene a bassa densità. Manico in ABS. Confezione da 10 pz. Sterilizzati a Radiazioni Gamma. Disponibili nelle Fig. 10-11-12-18-15-20-21-22-23-24..

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	<i>SUZHOU KYOUAN MEDICAL APPARATUS CO.</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>CINA</i>
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	<i>Classe IIA</i>
<b>Metodo di sterilizzazione</b>	<i>Raggi gamma Dosaggio minimo 25 K.Gy.</i>
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	<i>47569</i>
<b>Codice di classificazione CND</b>	<i>V010301</i>

**COMPOSIZIONE ACCIAIO**

<b>Riferimenti normativi</b>	<i>BS 2982 : 1992</i>
<b>Carbonio</b>	<i>1,20-1,30%</i>
<b>Cromo</b>	<i>0,10-0,40%%</i>
<b>Silicio</b>	<i>0,10-0,35% max</i>
<b>Manganese</b>	<i>0,20-0,45% max</i>
<b>Fosforo</b>	<i>0,035% max</i>
<b>Zolfo</b>	<i>0,025% max</i>

**MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE**

<b>Lama</b>	<i>Acciaio Carbon Steel</i>
-------------	-----------------------------

**VARIANTI**

<b>Figure disponibili</b>	<i>10 – 11 – 12 – 15 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 - 24</i>
---------------------------	--