1. Dichiarazione di garanzia

Gentile Cliente
congratulazioni per avere scelto uno stetoscopio di qualità della casa ERKA. Con questo acquisto avete espresso la Vostra fiducia nella qualità Erka: ne siamo lieti e Vi ringraziamo. Materiali pregiati ed adatti alle esigenze garantiscono un utilizzo ottimale del prodotto.
Lo stetoscopio corrisponde ai requisiti fondamentali dei prodotti medicali previsti dalla Direttiva EU 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.
Concediamo la garanzia per il perfetto funzionamento di questo prodotto. Sono esclusi dalla garanzia i componenti soggetti ad usura, nonché i danni causati da uso non appropriato.

2. Descrizione del prodotto

Scopo di utilizzo e caratteristiche
Gli stetoscopi della Ditta ERKA. Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co.KG. vengono utilizzati per la auscultazione dell'attività degli organi interni e in relazione con gli sfigmomanometri non invasivi.
Campi di utilizzo / Indicazioni
Gli stetoscopi vengono utilizzati soprattutto da medici e da personale qualificato al fine di auscultare diversi organi quali cuore, polmoni, intestino, arterie, e di valutarne i suoni. Per la misurazione della pressione arteriosa si utilizza lo stetoscopio per rilevare i suoni della circolazione secondo il metodo Korotkoff, al fine di determinare il valore di pressione arterioso sistolico e diastolico di adulti e bambini.
Lo stetoscopio è costituito da padiglione, tubo e archetto con auricolari applicati.
Gli stetoscopi ERKA sono disponibili con padiglioni e tubi diversi, descritti in dettaglio di seguito.

Erkaphon - padiglione piatto
Particolarmente adatto per la misurazione della pressione. Il padiglione può essere inserito senza problemi sotto il bracciale.

Erkaphon - padiglione doppio
Per l'ascolto di suoni ad alta e bassa frequenza - commutabile.

ERKA, Sensitive
Dotazione particolare: Membrana doppia + tubo a due vie.
La membrana doppia amplifica in modo preciso e ottimale da 20-2000 Hz lo spettro delle frequenze di suoni patologici. Lo speciale tubo a due vie esclude perdite di trasmissioni e suoni estranei.

ERKA, Precise
Dotazione particolare: Membrana doppia, imbuto + tubo ad un canale. La membrana doppia permette l'auscultazione di suoni ad alta e bassa frequenza, mentre l'imbuto serve per l'auscultazione isolata delle basse frequenze. (Cardiologia)

3. Preparativi per l'uso

Per ottenere una perfetta qualità di auscultazione sono da prendere in considerazione i seguenti punti:
Evitare ferite
Controllare che gli auricolari siano applicati in modo perfetto all' archetto.
Regolazione del fissaggio sull'archetto
Fare attenzione che l'archetto sia regolato per Voi in modo ergonomico.

Modalità d'uso in caso di cambiamenti:
• **FISSAGGIO TROPPO FORTE**
Per ridurre il fissaggio della molla prendere i punti di collegamento molla/stetoscopio nelle due mani tra pollice ed indice e dividere tirando l'archetto lentamente.
• **FISSAGGIO INSUFFICIENTE**
Per aumentare il fissaggio della molla, prendere i punti di collegamento molla/stetoscopio nelle due mani tra pollice ed indice e pressare fortemente. Il procedimento può essere ripetuto più volte.
Commutazione di stetoscopi con padiglione doppio
Selezionare, secondo il campo di frequenza richiesto, la parte della membrana o quella dell'imbuto. La commutazione avviene tenendo nella mano il collegamento curvo del padiglione e girando di 180° con l'altra mano il padiglione, finché si sente un CLIC.

Se il collegamento del tubo piegato segna verso la membrana: Auscultazione con imbuto
Se il collegamento del tubo piegato segna verso l'imbuto: Auscultazione con membrana

4. Consigli importanti

Informazioni generali
- L'interpretazione dei risultati deve essere eseguita da personale qualificato
- Evitare inutili scuotimenti dello strumento
- Evitare danneggiamenti delle parti in gomma tramite oggetti taglienti o appuntiti.
- Non inserire gli auricolari troppo profondamente nelle orecchie, controllare se sono sporchi e se necessario pulirli.
- Non eseguire sterilizzazioni a caldo
- Non immergere in liquidi detergenti, proteggere dallo sporco per evitare la contaminazione del sistema di cavità dello stetoscopio.
- Non usare mai gli stetoscopi senza auricolari
- Non usare mai gli stetoscopi senza la membrana
- Usare esclusivamente ricambi ERKA.

Condizioni di conservazione/trasporto
- Conservare a temperatura ambiente tra -10° e 40° C.
- Umidità relativa inferiore all' 85%
- Preservare lo strumento da irradiazione UV, specialmente le parti in gomma.

Effetti collaterali
Non è noto sin'ora alcun effetto collaterale.
Durata di utilizzo
La garanzia del prodotto ha una durata da 2 a 5 anni, secondo il modello. Una appropriata cura dello strumento ne prolunga la durata oltre il periodo di garanzia.

5. Manutenzione

Per la pulizia raccomandiamo un telo pulito, bagnato con un detergente **non aggressivo**. Se necessario, la membrana può essere pulita con un prodotto disinfettante **non aggressivo**.
Per prolungare la flessibilità dei tubi dello stetoscopio raccomandiamo l'utilzzo di una protezione vinilica.

Per persone allergiche contro il lattice ERKA. offre naturalmente delle varianti

Spiegazione dei simboli:
Per favore osservate le instruzioni d'uso allegate.
CE Questo prodotto è conforme alla Direttiva 93/42/CEE del 14 giugno 1993 (Direttiva sui Dispositivi Medici).